

EU-Konformitätserklärung

**Drucksensoren
mit innenliegender Membran
nach Druckgeräterichtlinie
2014/68/EU**

Wir erklären, dass nachstehend genannte Produkte Druckmessgeräte **für maximal zulässigen Druck (PS) < 200 bar** nach gültigen Datenblättern mit der Richtlinie übereinstimmen und entsprechend geltender guter Ingenieurpraxis ausgelegt und gefertigt werden.

EU- Declaration of conformity

**Pressure sensors
with internal Membrane
acc.Pressure Equipment Directive
(PED)**

We declare that the products Pressure gauges for maximum allowable pressure (PS) < 200 bar according to the current data sheets correspond with the directive and are designed and produced following sound engineering practice.

Artikel-Nummer/Art.-No.	Ausführung	Datenblatt/ Datasheet
DMU 32.0 DMU 32.1 DMU 32.2 DMU 32.3	Drucksensor mit innenliegender Edelstahl Membran	DAT_DMU_32.0
Die Druckmessgeräte entsprechen den wesentlichen Anforderungen der nachfolgenden Richtlinien und Normen: DGRL 2014/68/EU - Artikel 4, Absatz 3 2014/35/EU – Niederspannungs-Richtlinie EN 61010-1:2010, EN 60947-7-1 bis 3 2011/65/EU – RoHS EN 50581:2012		<i>Pressure gauges correspond to the essential requirements of the following directives and standards: PED 2014/68/EU – article 4, paragraph 3 2014/35/EU - low voltage directive (LVD) EN 61010-1:2010, EN 60947-7-1 ... 3 2011/65/EU – RoHS EN 50581:2012</i>

Die Produkte dürfen bezüglich der oben genannten Richtlinie nicht mit CE gekennzeichnet werden.


Regarding the above directive the products may not be marked with CE according Article 4 (paragraph 3)

Die Bewertung und Überwachung des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 erfolgt durch die TÜV Süd Management Service GmbH – Ridlerstrasse 57 – 80339 München.

Assessment and monitoring of the quality management system by TÜV Süd Management Service GmbH – Ridlerstrasse 57 – 80339 München.

Drucksensoren mit Messbereichen ab 200 bar fallen ihrer Art nach unter „Druckhaltende Ausrüstungsteile“. Aufgrund des Konformitätsbewertungsverfahrens wurden diese Druckmessgeräte in die Kategorie I eingestuft und nach dem Modul A bewertet.

Pressure measuring devices with measuring ranges up to 200 bar fall under "Pressure-retaining equipment parts" according to their type and are provided with a CE mark.



Marko Goldberg, Geschäftsführer

Cunewalde, 31.05.2022

Dokument-Nr. / Document No. : KE_MD03